

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«САМАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ИМ. М.И. КАЛИНИНА»

443095, г. Самара, ул. Ташкентская, 159, тел.: (846) 956-15-05, факс (846) 956-13-61

E-mail: glav@sokb.ru

Исх № 9291 от « 16 » октября 201 3 г.

Директору
ООО «Терминал»
г-ну Балтенкову О.В.

Отзыв

об апробации обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион – А150» в ГБУЗ СОКБ им. М.И. Калинина

В соответствии с договором с ООО «Терминал» от 20 сентября 2013 года руководителем центра производственного контроля и мониторинга за ВБИ врачом – эпидемиологом Митрофановым С.В. совместно со специалистами бактериологической лаборатории ГБУЗ СОКБ им. М.И. Калинина с 24 сентября 2013 года по 7 октября 2013 года проводилась апробация обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион – А 150».

Испытания проводились в палате гнойной хирургии отделения реанимации и интенсивной терапии № 1 на 3 койки, общей площадью 17 кв.м., объёмом 68 куб.м. Во время апробации в палате постоянно находились пациенты, медицинский персонал, проводились медицинские манипуляции.

Для забора воздуха использовалось устройство автоматического отбора проб биологических аэрозолей воздуха «ПУ 1Б», соответствующее ТУ 9443-004-11696625-00, заводской №4044, год выпуска 2012., регистрационное удостоверение №ФСР 2010/07016 от 0303.2010, выданное ЗАО «Химко».Россия, 129226, Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12 А, стр.1

Отбор проб воздуха производился в соответствии с МУК 4.2.734-99 «Микробиологический мониторинг производственной среды», Минздрав России, г. Москва.

На первом этапе определялся микробный фон при работе в помещении прибора Дезар 7.

Дата забора воздуха	КОЕ	Staphylococcus aureus	Плесневые грибы	Примечание
24.09	360	0	0	
25.09	80	0	0	
26.09	30	0	0	
27.09	220	0	0	
30.09	20	0	0	

